



ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
(ฉบับที่ 2407/2566)

เรื่อง บัญชีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง)  
สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3)

.....

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องตามหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง (1) บัญญัติให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐต้องความคุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม มีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและการกำหนดราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับการจัดหาพัสดุ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะถือตามแนวทางบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ โดยอ้างอิงตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ที่สำนักงบประมาณกำหนด แต่ในทางปฏิบัติยังมีปัญหาในการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามความต้องการใช้งานของส่วนงาน/หน่วยงาน และการกำหนดราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากพัสดุบางประเภทยังไม่มีบัญชีมาตรฐานกำหนดไว้ ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ของส่วนงานและหน่วยงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น และเป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงจัดทำบัญชีมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะพัสดุและราคากลาง (อ้างอิง) สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 3) **รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ**

ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ ส่วนงาน/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องแต่ละขั้นตอนต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

/กรณีส่วนงาน...

(2)

กรณี ส่วนงาน / หน่วยงาน มีความจำเป็นต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (อ้างอิง) แตกต่างจากที่กำหนดตามประกาศนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เป็นรายกรณี ๆ ไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

(รองศาสตราจารย์ชาญชัย พานทองวิริยกุล)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณลักษณะเฉพาะตั้งเขป  
บัญชีราคามาตรฐานวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์  
เพื่อการซ่อมแซม-บำรุงรักษา

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
1.	42181702EKG00001	Adult Limb Lead Electrode (4 ชิ้น/set) (หน่วยนับ:ชุด)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็น Clamp Electrode สำหรับติดวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ</li> <li>2. มีสัญลักษณ์บ่งบอกตำแหน่งขั้วเงิน La, LL, RA, RL</li> <li>3. มีความแข็งแรงทนทาน</li> <li>4. นำสัญญาณไฟฟ้าได้ดี</li> </ol>	1,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>2. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>3. บริษัท โซวิค จำกัด</li> <li>4. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>5. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด</li> </ol>
2.	26111701RECALP48	Battery 4.8V 1700 mAh สำหรับเครื่องวัดความดัน ยี่ห้อ ALP K2 รุ่น DM-3000 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง กระจกดันหัวใจไฟฟ้ายี่ห้อ ALP K2 รุ่น DM-3000</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-MH มาพร้อมขั้วเสียบ</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 4.8V, 1700 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	800.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปรร จำกัด</li> <li>2. บริษัท อัมรินทร์ เมดิคอล จำกัด</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เมดิคอล อิน เทนซีฟ แครร์</li> <li>4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค</li> <li>5. บริษัท ไฟ ออริตี้ แครร์ โปรดักส์ จำกัด</li> </ol>
3.	26111701RECRAD6V	Battery 6V. 1200 mAh for MASIMO RAD-8 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Pulse Oximeter ยี่ห้อ MASIMO รุ่น RAD-8</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่ชนิด Seal Lead</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 6V, 1200 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	1,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมส เม็ดติคอล</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
4.	26111701REC5916V	Battery 6V 3400 mAh for VAC 591 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง INFUSION PUMP ยี่ห้อ VAC รุ่น 591</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Seal lead มาพร้อมขั้วเสียบ</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 6V, 3400 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	2,800.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>2. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>3. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> </ol>
5.	26111701RECTV100	Battery 6V 3.4 Ah for Dinamap ProCare100 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Vital Sign ความดัน ยี่ห้อ GE รุ่น Dinamap ProCare100</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แห้ง</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 6V, 3.4 Ah</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>2. บริษัท ไอเมดิคพลัส จำกัด</li> <li>3. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>4. บริษัท พี พี ซี ซัพพลาย(2000) จำกัด</li> </ol>
6.	26111701RECMED6V	Battery 6V 4.5 Ah for MEDIANA (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่องวัดความดันเลือด ยี่ห้อ MEDIANA</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แห้ง</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 6V, 4.5 Ah</li> <li>4. ยี่ห้อ SAB หรือ ยี่ห้ออื่นที่สามารถทดแทนกันได้</li> <li>5. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	850.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>2. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด</li> <li>3. บริษัท พี พี ซี ซัพพลาย(2000) จำกัด</li> <li>4. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>5. ร้านโไฟโต้อาร์ต</li> <li>6. บริษัท จเรอุปกรณ์ไฟฟ้า จำกัด</li> <li>7. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
7.	26111701RECTE112	Battery 7.2V. 1200 mAh for TE-112 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-112</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 7.2 V, 1200 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	1,200.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เทลเมด เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค</li> <li>4. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> <li>5. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด</li> </ol>
8.	26111701REC92472	Battery 7.2V. 1300 mAh for Kangaroo 924 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Feeding pump ยี่ห้อ Kangaroo รุ่น 924</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่ชนิด Ni-MH</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 7.2 V, 1300 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	1,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>2. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด</li> <li>3. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> </ol>
9.	26111701REC74072	Battery 7.2V 3700 mAh for Casmed 740 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Pulse Oximeter ยี่ห้อ Casmed รุ่น 740</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-MH มาพร้อมขั้วเสียบ</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 7.2V, 3700 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	2,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>2. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> </ol>
10.	26111701RECCAS372	Battery 7.2V 3700 mAh for Alpha AS36036 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้ สำหรับเครื่อง Pulse Oximeter ยี่ห้อ Alpha AS36036</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 7.2V, 3700 mAh</li> </ol>	5,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>2. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>3. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ		
11.	26111701REC80072	Battery 7.2 V. 4500 mAh for GE Mac 800 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง ELECTROCARDIOGRAPH ยี่ห้อ GE รุ่น Mac 800 2. เป็นแบตเตอรี่ชนิด Li-ion 3. ขนาดแรงดัน 7.2 V, 4500 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	15,000.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 2. บริษัท ริดจ์ เซอร์วิส แอนด์ ซัพ พลาย จำกัด 3. บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด
12.	26111701RECDAS84	Battery 8.4 V 8.0 Ah. for GE Dash 2500 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับ เครื่องวัดความดันอัตโนมัติ ยี่ห้อ GE รุ่น Dash 2500 2. เป็นแบตเตอรี่แท่งชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 8.4V, 8 Ah 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	7,000.00	1. บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด 3. บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ 5. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด
13.	26111701RECTE135	Battery 9.6V 1200 mAh for TE-135 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-135 2. เป็นแบตเตอรี่แท่งชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 9.6V, 1200 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	900.00	1. บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพ พลาย จำกัด 2. บริษัท โมส เม็ดดิเทค จำกัด 3. บริษัท คลินิกคอล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัท คอนเทค เฮลท์ จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค 6. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด
14.	26111701RECTE171	Battery 9.6V.1200 mAh for TE-171 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-171 2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 9.6V, 1200 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	1,200.00	1. บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค 3. บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จำกัด 4. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำกัด 5. บริษัท วัน พลาสติก อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) 6. บริษัท คอนเทค เฮลท์ จำกัด
15.	26111701RECTE331	Battery 9.6V. 1200 mAh for TE 331 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE 331 2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 9.6V, 1200 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	1,100.00	1. บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริง ซัพ พลาย จำกัด 2. บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3. บริษัท วัน พลาสติก อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 4. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด



ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					5. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 6. บริษัท คอนเทค เฮลท์ จำกัด 7. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
16.	26111701RECTE171	Battery 9.6V. 1700 mAh for TE-171 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-171 2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 9.6V, 1700mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	1,100.00	1. บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด 2. บริษัท เทลเมค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 4. บริษัท แบล็คค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมค แอนด์ เทค 6. บริษัท คอนเทค เฮลท์ จำกัด 7. บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 8. บริษัท ซัคเซส เทค ซิสเต็ม จำกัด
17.	26111701RECTE331	Battery 9.6V. 1800 mAh for TE-331 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Syringe Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-331 2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 9.6 V, 1800 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	900.00	1. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2. บริษัท เทลเมค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จำกัด 3. บริษัท 33 โซลูชั่น จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค 5. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 6. บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค 8. บริษัท โมส เม็ดดิเทค จำกัด
18.	26111701RECTC523	Battery 9.6V 1800 mAh For TE-523 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Infusion Pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-523 2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 9.6 V, 1800 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	1,500.00	1. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค 3. บริษัท คลินิกคอล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัท โมส เม็ดดิเทค จำกัด
19.	26111701RECOPV96	Battery 9.6V 2100 mAh for Nihon Kohden OPV-1500 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Vital Signs ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น OPV-1500 2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-MH มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 9.6V, 2100 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ไม่เก่าเก็บ	1,200.00	1. บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท ดีวาส ซัพพลาย จำกัด 3. บริษัท คลินิกคอล เอ็นจิเนียริ่ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
20.	26111701RECPVM96	Battery 9.6V 3800 mAh for Nihon Kohden PVM-2701 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Bedside Monitor ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น PVM-2701</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่ชนิด Ni-MH</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 9.6V, 3800 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	7,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>2. บริษัท บริษัท ที.เค.เอ็น เมด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>3. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด</li> <li>4. บริษัท ดีวาส ซัพพลาย จำกัด</li> <li>5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เมดิคอล อิน เทนซีฟ แคร่</li> <li>6. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</li> </ol>
21.	26111701RECZOLLM	Battery 10V 2500 mAh for Zoll (M Series) (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง กระตุกหัวใจยี่ห้อ Zoll รุ่น M Series</li> <li>2. แรงดันไฟฟ้า 10V</li> <li>3. ความจุ 2500 mAh</li> </ol>	12,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท โซวิค จำกัด</li> <li>2. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด</li> </ol>
22.	26111701RECAP10V	Battery 10V 2.5 AH for Alpha AS10720 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับ เครื่องวัดความดันโลหิตยี่ห้อ Alpha AS10720</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่แท่งชนิด Ni-MH มาพร้อมขั้วเสียบ</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 10V, 2.5 mAh</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	12,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>2. บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>3. บริษัท แก้วสยามเมดิคอล จำกัด</li> <li>4. บริษัท บีพี เมดิคอล จำกัด</li> </ol>
23.	26111701RECZO108	Battery 10.8V. 5.8 Ah for Zoll R-Series, E-Series	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ Zoll รุ่น R-Series, E-Series</li> </ol>	24,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
		(หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นแบตเตอรี่ชนิด Li-ion</li> <li>ขนาดแรงดัน 10.8 V, 5.8 Ah</li> <li>เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด</li> <li>ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค</li> <li>บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> </ol>
24.	26111701RECPM711	Battery 11.1V 4400 mAh For Vital Sign Mindray PM-7000 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Mindray รุ่น PM-7000</li> <li>เป็นแบตเตอรี่ชนิด Li-ion</li> <li>ขนาดแรงดัน 11.1V, 4400 mAh</li> <li>เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	7,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เทลเมด เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>บริษัท เซนต์เมด จำกัด</li> <li>บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด</li> <li>บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>บริษัท ไอเมติกพลัส จำกัด</li> <li>บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด</li> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> </ol>
25.	26111701RECM111	Battery 11.1V. 4500 mAh for Mindray iMEC Series (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Bedside Monitor ยี่ห้อ Mindray รุ่น iMEC Series (10), (12), iPM-9800/HYPERVISOR VI</li> <li>เป็นแบตเตอรี่ชนิด Li-Ion</li> <li>ขนาดแรงดัน 11.1V, 4500 mAh</li> <li>เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	7,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>บริษัท เคพี พรินซ์ 168 จำกัด</li> <li>ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค</li> </ol>
26.	26111701RECDOP72	Battery 12V. 0.25 Ah for IMEX DOP CT+ (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง FETAL HEART DETECTOR ยี่ห้อ IMEX รุ่น DOP CT+</li> <li>ขนาดแรงดัน 12V, 250 mAh</li> </ol>	3,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			3. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ		3. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด 4. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด 5. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด
27.	26111701RECAL12V	Battery 12V. 250 mAh for Alpha/USA (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Doppler ยี่ห้อ Alpha/USA #AS10634 2. เป็นแบตเตอรี่แพ็คชนิด Ni-Mh มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 12V, 250 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	3,500.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็ม.เอ.มัลติมีเดีย 3. บริษัท ซีวี เทค (2019) จำกัด
28.	26111701RECIM12V	Battery 12V 250 mAh for Imex (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง ฟังหัวใจเด็ก (Doppler) ยี่ห้อ Imex 2. แบบแพ็คชนิด Ni-MH มาพร้อมขั้วเสียบ 3. ขนาดแรงดัน 12V, 250 mAh 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	3,500.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จำกัด 3. บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร่ จำกัด 4. บริษัท เทเลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
29.	26111701RECNCB12	Battery 12V. 2800 mAh for Nihon Kohden #NKB-301v (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง กระตุ้นหัวใจไฟฟ้า 2. ใช้สำหรับมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden #NKB-301v เป็นยี่ห้อ Nihon ของแท้ (Original) ขนาดแรงดัน 12V, 2800 mAh	14,000.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท 33 โซลูชั่น จำกัด 4. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 5. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
30.	26111701RECA12V	Battery 12V. 2.3 Ah (สำหรับ เครื่องวัดความดันโลหิต AS/USA) (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับ เครื่องวัดความดันโลหิตยี่ห้อ AS/USA รหัส AS00826 2. ขนาดแรงดัน 12V, 2.3Ah	1,800.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 2. ร้าน เบสท์.เมคแอนด์ซายน์ 3. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด 4. บริษัท บีพี เมดิคอล จำกัด
31.	26111701RECA12V	Battery 12V 2.3 Ah (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้ 2. ขนาดแรงดัน 12V, 2.3 Ah	600.00	1. บริษัท ทีที.เวสต์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 2. บริษัท แก๊สยามเมดิคอล จำกัด 3. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด 4. บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียริง จำกัด 5. บริษัท พีดีเอ เมดิคอล เซอร์วิส จำกัด 6. บริษัท เอส.เค เอ็นจิเนียริงแอนด์แคร์ จำกัด
32.	26111701RECVS800	Battery 12V 2.3 Ah for Mindray VS-800 (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับ เครื่องวัดความดัน ยี่ห้อ Mindray รุ่น VS-800 2. ขนาดแรงดัน 12V, 2.3 Ah	1,800.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด 2. บริษัท บอสส์ เมด เอ็นจิเนียริง จำกัด 3. บริษัท เซนต์เมด จำกัด 4. บริษัท โอเมติกพลัส จำกัด 5. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด 6. บริษัท เทเลเมด เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
33.	26111701RECDOP12	Battery 12V, 2.3 Ah for Doppler Imex (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Doppler ยี่ห้อ Imex</li> <li>ขนาดแรงดัน 12V, 2.3Ah</li> </ol>	1,200.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>ร้าน เบสท์ เมคแอนด์ซายน์</li> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>บริษัท บีเอ็มไอ เมดิคอล จำกัด</li> <li>บริษัท ซีวี เทค (2019) จำกัด</li> </ol>
34.	26111701RECDG12V	Battery 12V 2.5 Ah for Carina (หน่วยนับ:ก้อน)	<p>คุณลักษณะทั่วไป</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่องช่วยหายใจ ยี่ห้อ Drager รุ่น Carina</li> </ol> <p>คุณลักษณะเฉพาะ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>ชนิดแบตเตอรี่ นิกเกิลโลหะผสม (Nickel-metal hydride)</li> <li>ขนาดแรงดันไฟ 12 โวลท์ ความจุ 2.5 Ah.</li> </ol>	15,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท เดรเกอร์ เมดิคัล (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ol>
35.	26111701RECSA12V	Battery 12V 4 Ah for ARGUS VCM (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง Monitor ยี่ห้อ Schiller รุ่น ARGUS VCM</li> <li>ขนาดแรงดัน 12V, 4 Ah</li> </ol>	5,400.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>บริษัท แทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>ร้าน โฟโต้อาร์ต</li> <li>บริษัท คอมเทค ยูนิฟายด์ ซิสเต็มส์ จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
36.	26111701RECM148V	Battery 14.8V 4.5 Ah for ENE HEART D6 (หน่วยนับ:ก้อน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง DEFIBRILLATOR, EXTERNAL ยี่ห้อ Mindray รุ่น ENE HEART D6</li> <li>2. เป็นแบตเตอรี่ชนิด Li-ion</li> <li>3. ขนาดแรงดัน 14.8V, 4.5 Ah</li> <li>4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ</li> </ol>	24,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>2. ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์</li> <li>3. บริษัท เซนต์เมต จำกัด</li> <li>4. บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> </ol>
37.	42181600DEFBP001	BP Air Hose (ท่อเดี่ยว) (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายท่อลม ท่อเดี่ยว สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต</li> <li>2. สายท่อลมมาพร้อมข้อต่อ</li> <li>3. สายคุณภาพดีไม่แข็งกระด้าง โค้งงอได้ดี ไม่พับหักง่าย</li> <li>4. สายยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร</li> </ol>	1,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบล็คค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โพรเมท</li> <li>3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> <li>4. บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด</li> </ol>
38.	42181600DEFBP002	BP Air Hose (ท่อกู่) (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายท่อลม ท่อกู่ สำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต ยี่ห้อ GE รุ่น V-100</li> <li>2. สายลมท่อกู่มาพร้อมหัว Connector</li> <li>3. มีความยืดหยุ่น ไม่พับงอง่าย</li> <li>4. สายยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร</li> </ol>	1,200.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท ยู.พี.เมดิคอล ซอลเตอร์ จำกัด</li> <li>2. บริษัท แบล็คค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โพรเมท</li> <li>4. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด</li> </ol>
39.	42181716EKG3LVIS	EKG 3 and 5 Lead Trunk Cable for Nihon Kohden Compatible Vismo (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสาย Trunk Cable ใช้สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ Nihon Kohden</li> <li>2. เป็นสายที่ใช้ต่อเชื่อมกับลิตได้ทั้งชนิด 3 ลิต และ 5 ลิต</li> <li>3. มีความยาว 2.5 เมตร</li> </ol>	2,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบล็คค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>2. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด</li> <li>3. บริษัท บีพี เมดิคอล จำกัด</li> <li>4. บริษัท แทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สคิลเมตเทคโนโลยี</li> </ol>



ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					6. บริษัท ทีเค เมด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
40.	42181802SPECGEV1	Extension Cable (GE V-100) (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับ SpO2 Probe</li> <li>2. แจ็คเสียบเข้ากับเครื่องเป็นแบบสี่เหลี่ยม</li> <li>3. ปลายสายต่อกับโพรบ แบบ 9 รูเสียบ</li> <li>4. สายยาว 3 เมตร</li> <li>5. เป็นสายใช้งานสำหรับเครื่องมอนิเตอร์ ยี่ห้อ GE รุ่น V-100</li> </ol>	13,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โพรเมท</li> <li>3. บริษัท โมส เม็ดดิเทค จำกัด</li> <li>4. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> </ol>
41.	42181802SPECRAD7	Extension Cable (ยี่ห้อ Masimo รุ่น Radical-7) (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับ SpO2 Probe</li> <li>2. แจ็คเสียบเข้ากับเครื่องเป็นแบบสี่เหลี่ยม</li> <li>3. ปลายสายต่อกับโพรบของ Masimo แบบ 9 รูเสียบ</li> <li>4. สายยาว 3 เมตร</li> <li>5. เป็นสายใช้งานสำหรับเครื่อง Pulse Oximeter ยี่ห้อ Masimo รุ่น Radical-7</li> </ol>	1,800.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>2. ร้าน เอ็นโด เมดิคอล ซายส์</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบล เมด แอนด์ เทค</li> <li>4. บริษัท พี เอส เอ อินเตอร์ไลฟ์ จำกัด</li> <li>5. บริษัท ทีไอวัน (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>6. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด</li> <li>7. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด</li> <li>8. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> </ol>
42.	42181802SPEC9800	Extension Cable (ยี่ห้อ Mindray รุ่น IPM-9800) (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับ SpO2 Probe</li> <li>2. แจ็คเสียบเข้าเครื่องหัวกลม มี 7 Pin</li> <li>3. เป็นสายต่อกับโพรบ มี 9 รูเสียบ</li> <li>4. สายยาวประมาณ 3 เมตร</li> </ol>	3,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท ไพออริตี้แคร่โปรดักส์ จำกัด</li> <li>2. บริษัท เซนต์เมด จำกัด</li> <li>3. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			5. สายใช้งานของเครื่องมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Mindray รุ่น IPM-9800		5. บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำกัด 6. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด
43.	42181802SPECNK01	Extension Cable (เครื่อง Monitor ยี่ห้อ Nihon kohden) (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายต่อเข้ากับเครื่องกับสาย Sensor ใช้กับเครื่อง มอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon kohden 2. เป็นสายยี่ห้อ Nihon kohden ของแท้หรือสายเทียบรุ่น แทนได้ 3. เป็นสายชนิดตัวต่อเข้ากับเครื่องแบบ DC และต่อเข้ากับสาย SpO2 Sensor ชนิด DB9 4. สายยาว 3 เมตร	1,800.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด 3. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โปรเมท 5. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด
44.	42181802SPECPM78	Extension Cable (ยี่ห้อ Mindray รุ่น PM7000, PM8000) (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้งานเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับ SpO2 Probe 2. แจ็คเสียบเข้ากับเครื่องแบบหัวกลม, 6 Pin 3. ปลายเป็นสายต่อกับโพรบ แบบ DB9 4. สายยาว 3 เมตร 5. เป็นสายใช้งานสำหรับเครื่องมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Mindray รุ่น PM7000, PM8000	1,800.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด 3. บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
45.	42181802SPECV800	Extension Cable for Mindray VS-800 (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายเชื่อมต่อระหว่างตัวเครื่องกับ SpO2 Probe</li> <li>2. แจ็คเสียบเข้าเครื่องแบบหัวกลม 6 Pin</li> <li>3. ปลายสายต่อกับโพรบของ Mindray 512 F มี 9 รูเสียบ</li> <li>4. สายยาว 3 เมตร</li> <li>5. เป็นสายสำหรับเครื่องมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Mindray รุ่น VS-800</li> </ol>	1,800.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท โพอริตี้แคร์โปรดักส์ จำกัด</li> <li>2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมต</li> <li>3. บริษัท เซนต์เมต จำกัด</li> <li>4. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด</li> </ol>
46.	42181802SPBSM411	Extension Cable for Nihon Kohden Original BSM-4113K (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายต่อเข้าเครื่องกับสาย Sensor ใช้กับเครื่องมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น BSM-4113K</li> <li>2. เป็นสายยี่ห้อ Nihon Kohden ของแท้หรือสายเทียบรุ่นแทนได้</li> <li>3. เป็นสายชนิดตัวต่อเข้าเครื่องแบบ DC และต่อเข้าสาย SpO2 Sensor ชนิด DB9</li> <li>4. สายยาว 3 เมตร</li> </ol>	4,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เมดิคอล อินเทนซีฟ แคร์</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สคิลเมตเทคโนโลยี</li> <li>4. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</li> <li>5. บริษัท เอน - ไซน์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> </ol>
47.	42181802SPJL900P	Extension Cable for Nihon Kohden JL-900P (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายต่อเข้าเครื่องกับสาย Sensor ใช้กับเครื่องมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น JL-900P</li> <li>2. เป็นสายยี่ห้อ Nihon Kohden ของแท้หรือสายเทียบรุ่นแทนได้</li> <li>3. เป็นสายชนิดตัวต่อเข้าเครื่องแบบ DC และต่อเข้าสาย SpO2 Sensor ชนิด DB9</li> <li>4. สายยาว 3 เมตร</li> </ol>	10,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด</li> <li>2. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)</li> <li>3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โปรเมท</li> <li>4. บริษัท โพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
48.	42181702EKG0007	ECG Cable 10 Lead for PHILIPS Page Writer TC30,50 Series (หน่วยนับ:ชุด)	<p><b>คุณลักษณะทั่วไป</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถใช้ซ่อมเครื่องตรวจวิเคราะห์ไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiograph) ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น Page Writer TC30,50 Series</li> <li>2. เป็นชนิดสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable)</li> </ol> <p><b>คุณลักษณะเฉพาะ</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. สามารถใช้วัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ECG ของผู้ป่วยผู้ใหญ่ (Adult) และผู้ป่วยเด็ก (Child) ได้</li> <li>2. ขั้วสายลิตแต่ละเส้นมีสัญลักษณ์สีและอักษรแสดงตำแหน่งการติดแตกต่างกันตามมาตรฐาน AAMI</li> </ol>	12,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>2. บริษัท โชวิก จำกัด</li> <li>3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>4. บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> </ol>
49.	42181702EKG0005	ECG Trunk Cable 5 Lead for PHILIPS MI668A (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ใช้ร่วมกับผู้ป่วยผู้ใหญ่ (Adult) และผู้ป่วยเด็ก (Child)</li> <li>2. ประกอบด้วยสายลิตจำนวน 5 เส้น แต่ละสายมีสัญลักษณ์สีแตกต่างกันตามมาตรฐาน AAMI (ขาว, ดำ, แดง, เขียวและน้ำตาล)</li> <li>3. ปลายด้านสำหรับต่อกับอิเล็กโทรดของสายลิตแต่ละเส้นเป็นแบบกดเข้าหัวกระดุม (Snap) มีตัวอักษรย่อบอกตำแหน่งในการติด</li> <li>4. สามารถใช้งานร่วมกับสายสำหรับเสียบสายลิต (5 Lead ECG Trunk Cable) สำหรับเครื่อง Patient Monitor ยี่ห้อ PHILIPS รุ่น MI668A ได้</li> </ol>	5,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>2. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด</li> <li>3. บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>4. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>5. บริษัท แอคคิว เมดดิคอล จำกัด</li> </ol>
50.	42181702EKGLEZOL	EKG Cable for Defibrillator Zoll	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายลิต EKG ใช้สำหรับเครื่อง Defibrillator ยี่ห้อ Zoll</li> </ol>	2,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด</li> <li>2. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
		(หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นสายชนิด 3 Lead แบบกระดุม</li> <li>สายยาว 2 เมตร แจ็คกลม 6 Pin</li> <li>เป็นสายของแท้ ยี่ห้อ Zoll</li> </ol>		<p>แลนดท์ จำกัด</p> <p>3. บริษัท ริช เมด พลัส จำกัด</p>
51.	42181702EKG10DO	EKG Cable 10 Lead for DONGJIANG 1E11-ECG-11D (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นสายสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 10 Lead</li> <li>ใช้งานสำหรับเครื่อง ELECTROCARDIOGRAPH ยี่ห้อ DONGJIANG รุ่น 1E11-ECG-11D</li> </ol>	2,200.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด</li> <li>บริษัท เอเอ็มซี เมดิคอล ซัพพลาย จำกัด</li> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนดท์) จำกัด</li> </ol>
52.	42181702EKG10FU	EKG Cable 10 Lead for Fukuda M-E 1E11-C110-1 (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นสายสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 10 Lead</li> <li>ใช้งานสำหรับเครื่อง ELECTROCARDIOGRAPH ยี่ห้อ Fukuda M-E รุ่น 1E11-C110-1</li> </ol>	2,200.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด</li> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนดท์) จำกัด</li> <li>บริษัท แอมเบสพลัส จำกัด</li> <li>บริษัท เซนต์เมด จำกัด</li> <li>บริษัท ซีเอ็มเอส เมดิคอล แคร่ จำกัด</li> </ol>
53.	42181702EKG10PH	EKG Cable 10 Lead for Philips รุ่น M3150/ M8003A/ M4735A/ Trim II/ TradeMaster MD (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นสายสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 10 Lead</li> <li>ใช้งานสำหรับเครื่อง ELECTROCARDIOGRAPH ยี่ห้อ Philips รุ่น M3150/ M8003A/ M4735A/ Trim II/ TradeMaster MD</li> </ol>	2,200.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนดท์) จำกัด</li> <li>บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมส เม็ดติคอล</li> <li>บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> <li>ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคที อินโนเวชั่น โปรดักส์</li> <li>บริษัท โซวิก จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
54.	42181702EKG10TO	EKG Cable 10 Lead for TOSHIBA SATELLITE M840 (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ แบบ 10 Lead 2. ใช้งานสำหรับเครื่อง ELECTROCARDIOGRAPH ยี่ห้อ TOSHIBA รุ่น SATELLITE M840	2,200.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 3. บริษัท เอส แอนด์ พี เมด เซอร์วิส จำกัด 4. บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด โนเบิล เมด แอนด์ เทค
55.	42181702EKG3IPM9	EKG Cable 3 Lead for Mindray IPM-9800 (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสาย Lead EKG ใช้สำหรับเครื่องมอนิเตอร์ Mindray รุ่น IPM-9800 2. เป็นสายชนิด 3 Lead แบบปากคียบ 3. มี 3 สี คือ แดง, เขียว, เหลือง 4. สายยาว 0.9 เมตร	1,800.00	1. บริษัท โซวิค จำกัด 2. บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) 3. บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 4. บริษัท เมดิทอป จำกัด
56.	42181702EKG3NIHO	EKG Cable 3 Lead for Nihon Kohden (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2. ใช้สำหรับมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden 3. ปลายลีดเป็นแบบปากคียบ 4. มี 3 ลีด 5. เป็นยี่ห้อ Nihon	5,500.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. บริษัท เวิลด์เมด เทรตติ้ง จำกัด 3. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด
57.	42181702EKG32500	EKG Cable 3 Lead for GE Dash 2500 (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายชนิดเส้นยาวต่อออกจากเครื่อง ใช้กับเครื่อง มอนิเตอร์ GE รุ่น Dash 2500 2. เป็นสายชนิด 3 Lead 3. ท่อนปลายเป็นแบบหนีบ (ดำ แดง ขาว)	2,500.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 2. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			4. สายยาว 3 เมตร		3. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน)
58.	42181702EKG3LEAD	EKG Cable 3 Lead for Nihon Kohden (Original) (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2. ใช้สำหรับมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden 3. ปลายลีดเป็นแบบปากคีบ 4. มี 3 ลีด 5. เป็นยี่ห้อ Nihon (Original)	7,000.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท บีพี เมดิคอล จำกัด 3. บริษัท เซนต์เมต จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5. บริษัท โซวิค จำกัด
59.	42181702EKG3MI00	EKG Cable 3 Lead for Mindray MP-7000 iMEC Series 10 (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2. ใช้สำหรับมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Mindray รุ่น MP-7000, iMEC Series(10), iPM-9800/HYPERVISOR VI 3. ปลายลีดเป็นแบบปากคีบ 4. มี 3 ลีด	3,800.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท เวลด์เมต เทรตติ้ง จำกัด 3. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด 5. บริษัท เซนต์เมต จำกัด (มหาชน) 6. ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส
60.	42181702EKG3NKCO	EKG Cable 3 Lead for Nihon Kohden Compatible (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2. ใช้สำหรับมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden 3. ปลายลีดเป็นแบบปากคีบ 4. มี 3 ลีด	2,400.00	1. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติลเมตเทคโนโลยี 4. บริษัท โพออร์ตี้แคร์โปรดักส์ จำกัด
61.	42181702EKG3BR90	EKG Cable 3 Lead for Nihon Kohden #BR-903P (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2. ใช้สำหรับบมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden #BR-903P (Original) 3. ปลายลีดเป็นแบบปากคียบ 4. มี 3 ลีด	6,500.00	1. บริษัท โพออร์ตี้แคร์โปรดักส์ จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สติลเมตเทคโนโลยี 3. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด
62.	42181702EKG3GG30	EKG Cable 3 Lead for Goldway G30 (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2. ใช้กับเครื่อง Bedside Monitor ยี่ห้อ Goldway รุ่น G30 (Original) 3. ปลายลีดเป็นแบบปากคียบ 4. มี 3 ลีด	7,800.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. บริษัท เอเอ็ม. เมดิคอล จำกัด 3. บริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) 4. บริษัท เวลด์เมต เทรดติ้ง จำกัด
63.	39101601HALO0012	Halogen lamp 24V 150W for Surgical lamp (หน่วยนับ:หลอด)	1. เป็นหลอดไฟฮาโลเจนสำหรับโคมไฟผ่าตัด 2. ยี่ห้อ OSRAM รหัส 64642 HLX 150W 24V G6.35	250.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิล ซัพพลาย 3. ร้าน เบสท์.เมดแอนด์ซายน์ 4. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 5. บริษัท ไอเมติกพลัส จำกัด 6. บริษัท ทีที.เวลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 7. บริษัท เคพีพี เทรดติ้ง จำกัด



ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					8. บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด 9. บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด 10.บริษัท 33 โซลูชั่น จำกัด 11. บริษัท สุพรีร์่า อินโนเวชั่น จำกัด
64.	3910160500000170	Lamp 3.5V WA03100 for Ophthalmoscope (หน่วยนับ:หลอด)	1. เป็นหลอดไฟใช้งานสำหรับเครื่อง Ophthalmoscope ขนาด 3.5 โวลท์ (Original) 2. รหัสหลอด WA03100 3. ยี่ห้อ Welch Allyn	2,500.00	1. บริษัท แทลเมต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 3. บริษัท ไอเมติกพลัส จำกัด 4. บริษัท ทีที.เวสต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5. บริษัท เคพีพี เทรดิง จำกัด 6. บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด 7. บริษัท ฟาร์เมด แอนด์ ซายด์ จำกัด 8. บริษัท 33 โซลูชั่น จำกัด 9. บริษัท สุพรีร์่า อินโนเวชั่น จำกัด
65.	41105104LOWTE331	Lower case unit for Syringe pump TE-331 TERUMO (หน่วยนับ:ตัว)	1. เป็นฝาครอบส่วนล่างของเครื่อง Syringe pump ยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE-331 2. เป็นฝาครอบส่วนล่างที่เป็นของ TERUMO แท้	3,800.00	1. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จำกัด 2. บริษัท ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีโอเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
66.	42181600EKG00001	O2 Sat probe cable for Nellcor DS-100A (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง</li> <li>2. ปลายโพรบเป็นแบบชนิดหนีบนิ้วสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Finger)</li> <li>3. ยี่ห้อ Nellcor DS-100A หรือยี่ห้ออื่นที่สามารถทดแทนกันได้</li> <li>4. สายยาวประมาณ 0.9 เมตร</li> </ol>	5,500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> </ol>
67.	42181702EKGMA800	Patient lead cable EKG For GE Mac 800 (หน่วยนับ:เส้น)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นสายสำหรับตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ</li> <li>2. มี 10 Lead ปลายสายเป็นแบบ Banana Jack</li> <li>3. หัวต่อเสียบเข้าเครื่องเป็นแบบสี่เหลี่ยม</li> <li>4. เป็นสายใช้งานสำหรับเครื่อง EKG ยี่ห้อ GE รุ่น Mac 800</li> </ol>	10,000.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท โซวิก จำกัด</li> <li>2. บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด</li> <li>3. บริษัท มาร์ธา กรู๊ป จำกัด</li> <li>4. บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> <li>5. บริษัท เมดิทอป จำกัด</li> <li>6. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>7. บริษัท ซัคเซส เทคโนโลยี จำกัด</li> <li>8. บริษัท ไปโอแอดทีฟ อินเตอร์ จำกัด</li> <li>9. บริษัท เทลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>10. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> </ol>
68.	3910160500000322	Phototherapy Lamp 18W/71	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นหลอดไฟคอมไฟส่องเด็กตัวเหลือง สำหรับเครื่อง Phototherapy ยี่ห้อ Lullaby</li> </ol>	650.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยามซีวิล ซัพพลาย</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
		(หน่วยนับ:หลอด)	<ol style="list-style-type: none"> <li>หลอดไฟแสงสีน้ำเงิน, แบบหลอดตะเกียบ</li> <li>เป็นหลอด OSRAM รหัส DULUX L BLUE 18/71</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>ร้าน เบสท์.เมตแอนด์ซายน์</li> <li>บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด</li> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>บริษัท ไอเมติกพลัส จำกัด</li> <li>บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด</li> <li>บริษัท เคพีพี เทรตติ้ง จำกัด</li> <li>บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> <li>บริษัท ฟาร์มเมต แอนด์ ซายด์ จำกัด</li> <li>บริษัท 33 โซลูชั่น จำกัด</li> <li>บริษัท สุพรีร์วา อินโนเวชั่น จำกัด</li> </ol>
69.	42181804SPO00002	Reusable Pulse Oximeter SpO2 Sensor Cable for Envitec (หน่วยนับ:อัน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็นสายสำหรับตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง</li> <li>เป็นชนิดสวมนิ้ว ใช้งานสำหรับผู้ใหญ่</li> <li>แจ๊คเสียบแบบหัวกลม</li> <li>เป็นสายใช้งานของเครื่อง Pulse Oximeter (R-32 11-12 MySign 1.2m) ยี่ห้อ Envitec</li> </ol>	1,800.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด</li> <li>บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด</li> <li>บริษัท ดุษอสเมต จำกัด</li> <li>บริษัท ไฟ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด</li> </ol>
70.	41105104SLIDER001	Slider Cover for Syringe Pump Terumo TE-331 (หน่วยนับ:อัน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>เป็น Cover ครอบ Slider Unit ของเครื่อง Syringe pump</li> <li>เป็น Slider cover ที่ใช้กับเครื่อง Syringe pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-331</li> </ol>	500.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด</li> <li>ร้าน บุญสันต์ซูเปอร์มาร์ท</li> <li>บริษัท ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย)</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			3. เป็น Slider cover ที่มีสีเขียว		จำกัด 4. บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
71.	42181803SPO0007	SpO2 Sensor Probe for Pulse Oximeter Masimo (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายสำหรับตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดสำหรับเครื่อง Pulse Oximeter ยี่ห้อ Masimo 2. เป็นชนิดหนีบนิ้ว ใช้งานสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Finger) 3. แจ็คเสียบเป็นแบบสี่เหลี่ยม 9 Pin 4. สายยาว 0.9 เมตร	9,500.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท เอน - โซน เอ็นจิเนียริง จำกัด 3. บริษัท แทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 4. บริษัท เอ็ม ไอที อินเตอร์ เซอร์วิส จำกัด
72.	42181803SPO0007	SpO2 Sensor Cable for Patient Monitor (หน่วยนับ:เส้น)	1. สามารถใช้ในการวัดความเข้มข้นของออกซิเจนในเลือดแดงของผู้ป่วยผู้ใหญ่ (SpO2) 2. สามารถใช้งานร่วมกับเครื่องติดตามชีพของผู้ป่วย (Patient Monitor) 3. เป็นชนิดสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้ (Reusable)	11,000.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด 2. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 3. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 4. บริษัท เอส แอนด์ พี เมด เซอร์วิส จำกัด 5. บริษัท แทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
73.	421818035SPO0010	SpO2 Sensor Cable for Pulse Oximeter Mindray 512 F (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายสำหรับตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด 2. เป็นชนิดหนีบนิ้ว ใช้งานสำหรับผู้ใหญ่ 3. แจ็คเสียบเป็นแบบสี่เหลี่ยม มี 7 Pin 4. สายยาวประมาณ 0.9 เมตร	1,800.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โพร จำกัด 2. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร์ โปรดักส์ จำกัด 3. บริษัท ไพรม์ เมดิคอล จำกัด 4. บริษัท โฟกัส เมดิคอล จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			5. ยี่ห้อ Mindray รุ่น 512 F		5. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
74.	42181804SPO00004	SpO2 Cable for Nihon Kohden TL-201T (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายต่อเข้ากับเครื่องกับสาย Sensor ใช้กับเครื่อง มอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden รุ่น TL-201T 2. เป็นสายชนิดตัวต่อเข้ากับเครื่องแบบ DC และต่อเข้ากับสาย SpO2 Sensor ชนิด DB9 3. สายยาว 3 เมตร	12,000.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. ร้าน ดีเคพี เมดิคอล ดีไวซ์ แอนด์ เซอร์วิส 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี โปรเมท 4. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด
75.	421818035SPO0009	SpO2 Sensor Cable for Nihon Kohden (หน่วยนับ:เส้น)	1. เป็นสายใช้สำหรับตรวจวัดค่าความอิ่มตัวของออกซิเจน ในเลือด 2. เป็นชนิดหนีบนิ้ว ใช้งานสำหรับผู้ใหญ่ (Adult Finger) 3. แจ็คเสียบเข้ากับเครื่องเป็นแบบสี่เหลี่ยม มี 9 Pin 4. สายยาวประมาณ 180 เซนติเมตร 5. เป็นสายใช้งานสำหรับมอนิเตอร์ ยี่ห้อ Nihon Kohden	13,000.00	1. บริษัท โซวิก จำกัด 2. บริษัท เทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมดิคอล อีคิว เมนท์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส
76.	41105104UPPER002	Upper Case Safety for TERUMO TE331 (หน่วยนับ:อัน)	1. เป็นฝาครอบส่วนบนก้านสีส้มของเครื่อง Syringe pump ยี่ห้อ TERUMO รุ่น TE-331 2. เป็นฝาครอบส่วนบนที่มีระบบ Safety 3. เป็นฝาครอบส่วนบนที่เป็นของ TERUMO แท้ 4. ไม่ต้องการฝาครอบส่วนบนที่เป็นของเทียบ	4,200.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด 4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีโอเท็ค เอ็นจิ เนียริง

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					5. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
77.	3910160500000169	Welch Allyn Lamp WA03000 for Ophthalmoscope (หน่วยนับ:หลอด)	1. เป็นหลอดไฟสำหรับ Ophthalmoscope 2. รหัสหลอด WA 03000 3. ยี่ห้อ Welch Allyn หรือยี่ห้ออื่นที่สามารถทดแทนกันได้	1,000.00	1. บริษัท แทลเมต เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 3. บริษัท ไอเมติกพลัส จำกัด 4. บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 5. บริษัท เคพีพี เทรดติ้ง จำกัด 6. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด 7. บริษัท ฟาร์มเมต แอนด์ ซายด์ จำกัด 8. บริษัท 33 โซลูชั่น จำกัด 9. บริษัท สุพรีร์ว อินโนเวชั่น จำกัด
78.	42181716EKG00007	จุกยางเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 6 ชั้น/ชุด (หน่วยนับ:ชุด)	1. เป็นจุกยาง (Adult Suction Electrode) ใช้สำหรับติดลีดวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 2. เป็นจุกยางมาพร้อมอิเล็กโทรดนำสัญญาณ 3. จุกยางมีความนุ่มไม่แข็ง และติดผู้ป่วยได้ดี ไม่หลุดง่าย 4. ชนิด 6 ชั้น/ชุด ยี่ห้อ Unimed #UU-SE-A	2,000.00	1. บริษัท เอ็มเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท วี.ไอ.พี.เค.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซี.เอส.เมดิคอล อินเทนซีฟ แคร์ 4. บริษัท ไพ ออริตี้ แคร่ โปรดักส์ จำกัด 5. บริษัท พีเอ็นซี เมดิคอล แคร์ จำกัด 6. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
79.	41105104SLIDER001	ชุดที่หนีบปลายไซริง (Syringe Pump Terumo TE-331) (หน่วยนับ:ตัว)	ทำหน้าที่หนีบปลายไซริง สำหรับเครื่อง Syringe pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-331	4,000.00	1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 3. บริษัท คอนเทค เฮลท์ จำกัด 4. บริษัท พีเอ็นซี เมดติคอล แคร่ จำกัด
80.	42222008TRAYTE17	ฐานรองเครื่อง (Infusion pump Terumo TE-171, TE-172) (หน่วยนับ:อัน)	ทำหน้าที่เป็นฐานรองเครื่อง (Tray Unit) สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง Infusion pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-171 และรุ่น TE-172	700.00	1. บริษัท เทลเมด เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 2. บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด
81.	41105104SLIDER02	ตัวยึดจับเสาน้ำเกลือ (Infusion pump Terumo TE-171, TE-172) (หน่วยนับ:อัน)	สามารถใช้จับยึดเสาน้ำเกลือ (Polo Clamp Unit) สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่อง Infusion pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-171 และรุ่น TE-172	700.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 3. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด 4. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
82.	26111706UPS12V5A	แบตเตอรี่แห้ง 12V 5Ah for UPS (หน่วยนับ:ก้อน)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง UPS 2. เป็นแบตเตอรี่แห้ง 3. ขนาดแรงดัน 12V, 5Ah 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	500.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จำกัด 3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 4. ร้านโพลีได้อาร์ต 5. บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
83.	26111705UPS12V75	แบตเตอรี่แห้งขนาด 12V 7.5Ah (สำหรับเครื่อง UPS) (หน่วยนับ:ลูก)	1. เป็นแบตเตอรี่ที่สามารถนำมาชาร์จใหม่ได้สำหรับเครื่อง UPS 2. เป็นแบตเตอรี่แห้ง 3. ขนาดแรงดัน 12V, 7.5Ah 4. เป็นแบตเตอรี่ใหม่ ไม่เก่าเก็บ	700.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. บริษัท วีไอพี ซิสเต็ม จำกัด 3. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 4. ร้านโฟโต้อาร์ต 5. บริษัท ทีที.เวิลด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
84.	42222008TELM800	ประตูเครื่อง (Infusion pump Terumo LM-800) (หน่วยนับ:เครื่อง)	1. สามารถใช้ปิดล็อคเครื่อง Infusion pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น LM-800	15,000.00	1. บริษัท ประภัสสร เอ็นจิเนียริง ซัพพลาย จำกัด 2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด
85.	42181605CUF00139	ผ้ารัดแขนวัดความดันโลหิตต่อ ลมเดี่ยว ขนาด 23-35 Cm (Philips #M1574A) (หน่วยนับ:อัน)	1. เพื่อใช้กับเครื่องวัดความดันโลหิต สำหรับผู้ใหญ่ แบบไม่ ลูก้าเข้าร่างกาย 2. สามารถใช้ได้กับเครื่อง Bedside Monitor ยี่ห้อ HP, Agilent, Philips #M1574A) 3. สามารถใช้ได้กับสายท่อลม รุ่น M1596B และ M1597B 4. มีรอบวงแขนไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร และไม่เกิน 35 เซนติเมตร 5. ถูกลมด้านในมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 12 เซนติเมตร และ ยาวไม่น้อยกว่า 23 เซนติเมตร 6. ด้านนอกจะเป็นผ้าที่มีความยืดหยุ่น ช่วยลดความบอบช้ำ จากการวัด	3,000.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 3. บริษัท ไอ เอ เอ็ม เมดิคอล จำกัด 4. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด 5. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด 6. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 7. บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด



ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			7. เป็นผ้า 2 ชั้น มีถุงลมอยู่ด้านใน สามารถถอดทำความสะอาดและนำกลับมาใช้งานได้ 8. ทนความร้อนได้สูงสุด 40°C/104°F และต่ำสุดที่อุณหภูมิ 5°C/41°F 9. เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการสาธิต (Demo)		
86.	42181605CUF00139	ผ้ารัดแขนวัดความดันโลหิตท่อลมเดี่ยว (Unimed #U1880S) (หน่วยนับ:อัน)	1. ผ้ารัดแขนวัดความดันโลหิต ขนาด 23-35 เซนติเมตร ท่อลมเดี่ยว สายยาวไม่น้อยกว่า 2.5 เมตร 2. เป็นสายท่อลมสำหรับเครื่องวัดความดันโลหิต 3. ยี่ห้อ Unimed #U1880S 4. สายท่อลมมาพร้อมข้อต่อ 5. สายคุณภาพดีไม่แข็งกระด้าง โค้งงอได้ดี ไม่พับหักง่าย	350.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด 2. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ แอนด์ ที เมดิคอลซายด์ 4. บริษัท ไอ เอ เอ็ม เมดิคอล จำกัด 5. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด 6. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด 7. บริษัท มายด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด
87.	41105104UPPER001	ฝาคกรอบด้านล่างเครื่อง (Syringe Pump Terumo TE-331) (หน่วยนับ:อัน)	ทำหน้าที่ครอบด้านล่างเครื่อง Syringe pump ยี่ห้อ Terumo รุ่น TE-331	600.00	1. บริษัท แบงค็อก เมดิคอลส์ โปร จำกัด 2. บริษัท แทลเมต เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3. บริษัท เซฟไลฟ์เทคโนโลยี จำกัด 4. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 5. บริษัท แอมแปร์ เมดิคอล จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					6. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด
88.	52161525REMO0002	รีโมทเตี๋ยงผู้ปวยระบบไฟฟ้า ชนิดแจ๊คเหลี่ยม 6 ปุ่ม (Universal Quality) (หน่วยนับ:ตัว)	1. เป็นรีโมทสำหรับกดควบคุมการทำงานของเตี๋ยงไฟฟ้า 2. แจ๊คเหลี่ยม 9 รูเสีียบ 3. มี 6 ปุ่มกด 4. เป็นรีโมทใช้งานสำหรับเตี๋ยงไฟฟ้ายี่ห้อ Universal Quality	1,700.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีโอเท็ค เอ็นจิเนียริง 2. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 3. บริษัท เอ็มเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 4. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
89.	52161525REMO0003	รีโมทเตี๋ยงผู้ปวยระบบไฟฟ้า ชนิดแจ๊คกลม 6 ปุ่มกด (Universal Quality) (หน่วยนับ:ตัว)	1. เป็นรีโมทสำหรับกดควบคุมการทำงานของเตี๋ยงไฟฟ้า 2. แจ๊คเสีียบแบบกลม มี 7 Pin 3. มีปุ่มกดควบคุม 6 ปุ่มกด 4. ใช้งานสำหรับเตี๋ยงไฟฟ้ายี่ห้อ Universal Quality	2,700.00	1. บริษัท เอ็มเอสที (ประเทศไทย) จำกัด 2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีโอเท็ค เอ็นจิเนียริง 3. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 4. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
90.	52161525REMO0005	รีโมทเตี๋ยงไฟฟ้า (Universal Quality) (หน่วยนับ:อัน)	1. เป็นรีโมทสำหรับควบคุมการทำงานของเตี๋ยงไฟฟ้า 2. แจ๊คเสีียบเป็นแบบสาย LAN 10 Pin 3. แบบ 8 ปุ่มกด 4. เป็นรีโมทสำหรับเตี๋ยงไฟฟ้ายี่ห้อ Universal Quality	3,300.00	1. บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด 2. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีโอเท็ค เอ็นจิเนียริง 4. บริษัท เอ็มเอสที (ประเทศไทย) จำกัด
91.	52161525REMO0008	รีโมทเตี๋ยงไฟฟ้า (Paramount) (หน่วยนับ:อัน)	1. เป็นรีโมทสำหรับควบคุมการทำงานของเตี๋ยงไฟฟ้า ยี่ห้อ Paramount	2,700.00	1. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด 2. บริษัท กรุงเทพมหานครภัณฑ์เวชภัณฑ์

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสิ่งขเป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
			<ol style="list-style-type: none"> <li>2. มี 8 ปุ่มกด ชนิดแจ๊คกลม</li> <li>3. แจ๊คกลมแบบสาย LAN</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>จำกัด</li> <li>3. บริษัท เอ็มเอสที (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>4. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด</li> </ol>
92.	52161525REMO0001	รีโมทเตียงผู้ป่วย (Modern from) (หน่วยนับ:อัน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นรีโมทสำหรับควบคุมการทำงานของเตียงไฟฟ้า</li> <li>2. แจ๊คกลมมี 8 Pin</li> <li>3. มี 6 ปุ่มกด</li> <li>4. เป็นรีโมทใช้งานสำหรับเตียงไฟฟ้ายี่ห้อ Modern From</li> </ol>	2,900.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. บริษัท เอ็มแคร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด จำกัด</li> <li>2. บริษัท แม็คคานิกซ์ ทริปเปิลพี จำกัด</li> <li>3. บริษัท กรุงเทพมหานครเวชภัณฑ์ จำกัด</li> <li>4. บริษัท เอ็มเอสที (ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>5. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด</li> </ol>
93.	42191800BED00013	ราวกันเตียงไฟฟ้า ด้านขวา (Modern from) (หน่วยนับ:อัน)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เป็นราวกันเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยตกเตียง</li> <li>2. สามารถกดพับเก็บได้</li> <li>3. ยาว 140 เซนติเมตร กว้าง 40 เซนติเมตร</li> <li>4. เป็นราวกันเตียงทางด้านขวาของผู้ป่วย</li> <li>5. เป็นราวกันของเตียงไฟฟ้า ยี่ห้อ Modern from</li> </ol>	4,800.00	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สินมั่นคง</li> <li>2. บริษัท สุวรรณ เมติคอล ซัพพลาย จำกัด</li> <li>3. บริษัท แวงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด</li> <li>4. บริษัท โนวาเทค เฮลท์แคร์ จำกัด</li> <li>5. บริษัท เอ.พี.เทค(ประเทศไทย) จำกัด</li> <li>6. บริษัท ไปโอพลัส แล็บบอราทอรี จำกัด</li> <li>7. บริษัท ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด</li> </ol>

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์. พี. ซี. อินเตอร์เทรด 9. บริษัท เอ็มเอสที(ประเทศไทย) จำกัด
94.	42191800BED00012	ราวกันเตียงไฟฟ้า ด้านซ้าย (Modern from) (หน่วยนับ:อัน)	1. เป็นราวกันเพื่อไม่ให้ผู้ป่วยตกเตียง 2. สามารถกดพับเก็บได้ 3. ยาว 140 เซนติเมตร กว้าง 40 เมตร 4. เป็นราวกันของเตียงไฟฟ้า ยี่ห้อ Modern from	4,800.00	1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สินมั่นคง 2. บริษัท สุวรรณ เมติคอล ซัพพลาย จำกัด 3. บริษัท แบงเทรตตั้ง 1992 จำกัด 4. บริษัท โนวาเทค เฮลท์แคร์ จำกัด 5. บริษัท เอ.พี.เทค(ประเทศไทย) จำกัด 6. บริษัท ไปโอพลัส แล็บอราทอรี จำกัด 7. บริษัท ดีเคเอสเอส (ประเทศไทย) จำกัด 8. ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์. พี. ซี. อินเตอร์เทรด 9. บริษัท เอ็มเอสที(ประเทศไทย) จำกัด
95.	42181604BLP00001	ลูกยางบีบพร้อมวาล์ว (Baumanometer) (หน่วยนับ:ชุด)	1. เป็นลูกยางบีบสำหรับเครื่องวัดความดันแบบปรอท 2. ลูกยางบีบมาพร้อมวาล์วควบคุม 3. ยางบีบคุณภาพดีแข็งแรงทนทาน 4. ยี่ห้อ Baumanometer	1,000.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 2. บริษัท ที.เค.เอ็น เมด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล เค เมติคอล 4. บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค จำกัด

ลำดับ ที่	รหัส UNSPSC	ชื่อรายการ	คุณลักษณะเฉพาะสังเขป	ราคาอ้างอิง (บาท)	แหล่งที่มาของราคาอ้างอิง
					5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด 6. บริษัท ดีวาส ซัพพลาย จำกัด
96.	42181600EKG00007	สายวงช้าง (สำหรับ Baumanometer) (หน่วยนับ:อัน)	1. เป็นสายท่อลมแบบขดสปริงสำหรับเครื่องวัดความดัน แบบปรอท 2. ยึดหุ่ยนต์แข็งแรงทนทาน 3. ความยาวขณะหดตัวประมาณ 30 เซนติเมตร 4. ยี่ห้อ Baumanometer	800.00	1. บริษัท วัน พลัส อิมพอร์ต (ไทย แลนด์) จำกัด 2. บริษัท ที.เค.เอ็น เมด แอนด์ เซอร์วิส จำกัด 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอล เค เมดิคอล 4. บริษัท ทีแอนด์พี โปรเทค จำกัด 5. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส พี เมด 6. บริษัท ดีวาส ซัพพลาย จำกัด 7. บริษัท ไปโอแอกทีฟ อินเตอร์ จำกัด